

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

« ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ » 65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, Рішельєвська,11, Код ЄДРПОУ: 02012102
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):код ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали (Стоматологічні матеріали).

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-07-30-001701-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: 169771,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено загальнодоступною інформацією щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо). Інформацію, отриману шляхом проведення запиту потенційним постачальникам щодо ціни та можливості поставки відповідного товару в зазначені терміни.

Розмір бюджетного призначення: 169771,00 грн, згідно кошторису на 2025рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

№ п/п	Назва	Вимоги до технічних характеристик	Одиниця виміру	Кількість
1	SPEEDEX набір С-силікон Speedex Coltene або еквівалент	С-силіконова маса для зняття відбитків зубів. Склад -полісілоксан-еластомер, здатний на основі реакції конденсації утворювати сітчасту структуру. Набір: базисна маса (910мл), універсальний активатор (60мл), корегуюча маса (140мл)	штуки	14
2	iQ Chrom, хроматична алгінатна відбиткова маса (точність 50мкм), 450г або еквівалент	Алгінатна відбиткова маса для зняття всіх стоматологічних відбитків для виготовлення зубних протезів. Тиксотропний,класу «А»,легко змішується Знаходження в порожнині 60 ",висока точність: 50 мкм Сумісний з дезінфікуючим засобом для альгінатів Для застосування: Знімні та нерухомі	штуки	28

		протези Попередні моделі,		
3	GC Fuji I (Фуджі 1), склоіономірний цемент для фіксації коронок і мостів GC або еквівалент	Фіксуєчий склоіономерний цемент. Призначений для фіксації ортопедичних конструкцій на металевих каркасах та металевих робіт. набір:- 35 г порошку + 20 мл(рідина);-ложечка для порошку; -- блокнот для змішування	штуки	14
4	CX-Plus (CX-Плюс) 35 г порошку + 17 мл рідини або еквівалент	Рентгеноконтрастний цемент для фіксації CX-Plus для фіксації штифтів, коронок, мостів, вкладок і брекетів;підходить для фіксації протяжних мостів. Вимоги: збільшений час робочого стану (3 хв 30 сек); більш низька початкова в'язкість і підвищена плинність (20,9 Па); відсутність змін рівня в'язкості в процесі роботи; унікальна оболонка з окису кремнію, більш високий ступінь адгезії; спрощене замішування; ефект "моментального схоплювання" (3 хв 45 сек) скорочує вірогідність забруднення вологою; низький рівень руйнування та ерозії; стійкий до кислот; щільно прилягає до країв; більш висока стійкість до навантажень; скорочує ймовірність вторинного карієсу; рентгеноконтрастний; виділяє фтор; мала товщина плівки; коефіцієнт теплового розширення цементу аналогічний показнику тканини зуба.	штуки	7
5	NETC,безевгенольний цемент для тимчасової фіксації,40г+14г або еквівалент	Тимчасовий цемент безевгенолу,використовується для фіксації тимчасових та постійних конструкцій – коронок, мостів, вкладок,накладок.Легко розмішується завдяки подвійномушприцю ,підходить для пацієнтів із чутливістю до евгенолу.Робочий час: 1.5 хвилинЧас затвердіння: 6 хвилин	штуки	14
6	Моделююча пластмаса PATTERN RESIN LS або еквівалент	Самотвердіюча моделювальна пластмаса з низьким ступенем усадки.Використовується для беззольних моделей, що виплавляються, включаючи телескопічні коронки, атачменти та інші стоматологічні конструкції. Має низьку полімеризаційну усадку, високу міцність і стабільність навіть у тонких шарах. Ідеальна для точної та простої обробки Набір:• порошок, 100 г• рідина, 105 мл• аксесуари	штуки	7
7	Бори алмазні, набір ортопедичний: 11 шт. середн., 1 шт. червон. +	Ортопедичний набір складається з 11 алмазних борів середньої зернистості, 1 бору дрібної зернистості та	штуки	7

	блок або еквівалент	підставки. Алмазні бори виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, з використанням натуральних алмазів. Призначені для турбінного наконечника. Підставка виготовлена з полікарбонату, її дозволено автоклавувати, оснащена магнітами, які міцно тримають кришку блоку, що запобігає випаданню борів. Ортопедичний набір: -Бор алмазний 2135, конус (кінець округлий), 1.6 мм, середній- Бор алмазний 2135F, конус (кінець округлий), 1.6 мм, червоний- Бор алмазний 3228, конус (кінець куля), 1.8 мм, середній -Бор алмазний 4137, конус (кінець округлий), 2.5 мм, середній- Бор алмазний 5016, конус (кінець округлий), 1.8 мм, середній- Бор алмазний 3069, конус усічений, 1.4 мм, середній -Бор алмазний 3195, конус (кінець полум'я), 1.6 мм, середній- Бор алмазний 3216, циліндр (кінець куля), 1.2 мм, середній- Бор алмазний 2096, циліндр усічений, 1.4 мм, середній -Бор алмазний 3146, циліндр (кінець округлий), 1.4 мм, середній -Бор алмазний 3180, подвійний конус, 3.1 мм, середній -Бор алмазний 3118, полум'я, 2.3 мм, середній		
8	Папір артикуляційний Бауш (Bausch) BK02 червона 200 мкм 300 шт або еквівалент	Артикуляційна папір, характеристики: • товщина 200 мкм • 300 аркушів • колір - червоний • оргономичная пластикова упаковка • артикуляційні штрипси красногоцвєта прямокутної форми • папір пористий і містить величезну кількість спеціальної фарби • містить мікропигмент в олійно-воскової емульсії (чудово відображає контакти на вологих від слини жувальних поверхнях) • контакти відзначаються при тиску • відповідно жувальної силі копірка відображає різними відтінками • чітко фіксує місця змикання зубів і відображає їх інтенсивність на різних ортопедичних конструкцій (металевих, керамічних)	пакування	7

**У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим ніж встановлено згідно з умовами цієї тендерної документації.*

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо) — замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Загальні вимоги

1. Відповідність медико-технічних вимогам повинна бути обов'язково підтверджена офіційними даними виробника (учасники надають **копії сертифікатів якості або інших документи, завірені підписом та печаткою** учасника**).
2. Запропоновані Учасником деззасоби повинні бути зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку (учасники надають **копії свідоцтв про державну реєстрацію або інші документи щодо підтвердження реєстрації засобів, передбачені чинним законодавством України, завірені підписом та печаткою** учасника**).
3. Для підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам Замовника, Учасники надають **копії методичних вказівок (інструкцій) на запропоновані засоби, завірені підписом та печаткою** учасника**.
4. Учасники надають **гарантійний лист, що термін придатності засобів на момент поставки повинен складати не менше, ніж 70% від визначеного виробником для даної продукції, завіреним підписом та печаткою** учасника**.
5. Учасники надають довідку у довільній формі про те, що запропонований Учасником товар буде доставлено із врахуванням екологічних вимог та заходів, спрямованих на захист довкілля згідно чинного законодавства.
6. У разі надання еквіваленту, для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам Замовника, **у складі тендерної пропозиції необхідно надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам, з обов'язковим посиланням на пункти та сторінки у методичних вказівках (інструкціях) засобу, що пропонується. Обов'язково виділення іншим кольором в копії (-ях) технічного документу виробника, експлуатаційної документації усіх необхідних параметрів, які зазначені в медико - технічних вимогах**.