

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

«ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, Рішельєвська,11, Код ЄДРПОУ: 02012102

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-05-20-014581-a

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади ДК 021:2015: 33130000-0 Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади.**

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість предмета закупівлі: 126991,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено загальнодоступною інформацією щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо). Інформацію, отриману шляхом проведення запиту потенційним постачальником щодо ціни та можливості поставки відповідного товару в зазначені терміни.

Розмір бюджетного призначення 126991,00 грн, згідно кошторису на 2026 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

№	Назва засобу	Вимоги до технічних характеристик	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	Брекети металеві лігатурні mini master або еквівалент	Брекети для чіткого переміщення зубів і більшого комфорту пацієнта. Кожен окремий брекет виготовлений за передовими запатентованими технологіями, набір 20 шт	набір	5
2	Брекети керамічні лігатурні Chic ceramic або еквівалент	Брекети для чіткого переміщення зубів і більшого комфорту пацієнта. Кожен окремий брекет виготовлений за передовими запатентованими технологіями, набір 20 шт	набір	5
3	Брекети металеві самолігуючі Emprower інтерактивні або еквівалент	Металеві самолігатурні брекети чіткого переміщення зубів і більшого комфорту пацієнта. Кожен окремий брекет виготовлений за передовими запатентованими технологіями, набір 20 шт	набір	5
4	Ретейнер Leone у мотку, 1,5 м або еквівалент	Високоякісний ортодонтичний дріт спеціально розроблений для виготовлення фіксованих ретейнерів. Використовується для стабілізації положення зубів після зняття брекет-системи, котушка	шт	5
5	Штифти гутаперчеві 02, асорті 15-40, пакування - 60 штук.	Штифти гутаперчеві для постійного пломбування кореневих каналів. Розмір: асорті 15-40 Форми випуску: Пакунок - 60 штук.	пакунок	30
6	Полір C.G.I - 905M, 905C, 905F, 908C, 908M, 908F, 909F, 909C, 909M, 910M, 910F, 910C або	Застосовується для полірування всіх стандартних композитів, компомерів і склоіономерів. Набір: 905M, 905C, 905F, 908C, 908M, 908F, 909F, 909C, 909M, 910M, 910F, 910C.	штуки	20

	еквівалент			
7	Диски шліфувальні набір D10mm 1050 Латус або еквівалент	Призначені для застосування в терапевтичній стоматології для шліфування та полірування поверхонь зубних пломб із полімерних і композиційних матеріалів. Склад і основні властивості Виготовлені на основі лавсанової плівки з нанесеним абразивним шаром. Залежно від розміру зерна мають колірне кодування. Диски для зняття надлишків матеріалу Набір D10mm 1050 Форми випуску Пакунок - 50 штук.	пакунок	30
8	K-File M-Access (К-Файли) 15/40 (25 мм, 6 шт) або еквівалент	Використовується для видалення твердих тканин з кореневого каналу рухами "вниз" у напрямку апікальної частини та пиляючих "вверх" (у напрямку коронки), а також допоміжних неповних обертальних рухів. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	30
9	H-Files M-Access (Н-Файли) 15/40 (25 мм, 6 шт) або еквівалент	Використовується для вирівнювання стінок кореневого каналу – тільки для виконання пиляючих рухів "вверх" (у напрямку коронки). Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	30
10	K-File M-Access (К-файли) 06 (25мм, 6шт) або еквівалент	Ендодонтичний ручний інструментарій для розширення корневих каналів. Характеристики: для виготовлення використовується якісна нержавіюча сталь; хороша гнучкість, яка дозволяє слідувати точно по ходу каналу; висока ріжуча здатність; рекомендовані для обробки викривлених каналів; пластикові ручки. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	10
11	K-File M-Access (К-файли) 08 (25мм, 6шт) або еквівалент	Ендодонтичний ручний інструментарій для розширення корневих каналів. Характеристики: для виготовлення використовується якісна нержавіюча сталь; хороша гнучкість, яка дозволяє слідувати точно по ходу каналу; висока ріжуча здатність; рекомендовані для обробки викривлених каналів; пластикові ручки. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	10
12	K-File M-Access (К-файли) 10 (25мм, 6шт) або еквівалент	Ендодонтичний ручний інструментарій для розширення корневих каналів. Характеристики: для виготовлення використовується якісна нержавіюча сталь; хороша гнучкість, яка дозволяє слідувати точно по ходу каналу; висока ріжуча здатність; рекомендовані для обробки викривлених каналів; пластикові ручки. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	10
13	Spreaders Mani 15-45 або еквівалент	Застосовують та інструмент для роботи технікою латеральної конденсації, що передбачає внесення	пакунок	20

		основного гутаперчового штифта, утрамбовування його в бічному напрямку та заповнення каналу додатковими штифтами Пакунок: Інструменти, 6 шт.		
14	Пульпоекстрактори асорті, пакування 10 шт	Призначений для видалення з кореневого каналу м'яких тканин. Інструмент повинен вільно вводитися у кореневий канал на необхідну довжину, практично не торкаючись стінок. Для вилучення м'яких тканин необхідно прокрутити інструмент у кореновому каналі на 2-3 оберти та вилучити його з вмістом каналу. Форми випуску: Пакунок - 10 штук.	пакунок	20
15	Клинці пластикові світлопрозорі пакування 100 шт	Призначені для якісної сепарації зубів при проведенні терапевтичних та реставраційних процедур. Завдяки ергономічній формі та міцному матеріалу вони забезпечують надійну фіксацію матриць, не травмуючи ясна й не деформуючись під тиском. Форми випуску: Пакунок: 100 шт	пакунок	8

*У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим ніж встановлено згідно з умовами цієї тендерної документації.

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо) — замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Загальні вимоги

1. Відповідність медико-технічних вимогам повинна бути обов'язково підтверджена офіційними даними виробника (учасники надають **копії сертифікатів якості або інших документи, завірені підписом та печаткою** учасника**).

2. Запропоновані Учасником деззасоби повинні бути зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку (учасники надають **копії свідоцтв про державну реєстрацію або інші документи щодо підтвердження реєстрації засобів, передбачені чинним законодавством України, завірені підписом та печаткою** учасника**).

3. Для підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам Замовника, Учасники надають **копії методичних вказівок (інструкцій) на запропоновані засоби, завірені підписом та печаткою** учасника**.

4. Учасники надають **гарантійний лист, що термін придатності засобів на момент поставки повинен складати не менше, ніж 70% від визначеного виробником для даної продукції, завірений підписом та печаткою** учасника**.

5. Учасники надають довідку у довільній формі про те, що запропонований Учасником товар буде доставлено із врахуванням екологічних вимог та заходів, спрямованих на захист довкілля згідно чинного законодавства.

6. У разі надання еквіваленту, для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам Замовника, у складі тендерної пропозиції необхідно надати **таблицю відповідності медико-технічним характеристикам, з обов'язковим посиланням на пункти та сторінки у методичних вказівках (інструкціях) засобу, що пропонується. Обов'язково виділення іншим кольором в копії (-ях) технічного документу виробника, експлуатаційної документації усіх необхідних параметрів, які зазначені в медико-технічних вимогах.**